

# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado nº: ELM-12386**

Certificate #/Certificado nº

**Válido até: November 29, 2015**

Validity Term/Fecha de Vencimiento

**Efetivado em November 29, 2010**

Effected/Efectivado

**Produto:**

Product/Productos

**Osteotomy Saws and Bone's Drilling**

**Models: Serratec III**

**Voltage and Frequency Rating: 127 / 220 Vac, 50 / 60 Hz**

**Power Input: 850VA**

**Classification: Class I, Type B, IPX0 Motor, Pedal IPX8, Intermittent operation**

**User Manual: Osteotomy Saws and Bone's Drilling - Serratec III - Code 090018, Revision C**

**Solicitante:**

Applicant/Solicitante

**SISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.**

**Rua Omílio Monteiro Soares, 1614 – Vila Fanny**

**81030-001 – Curitiba – PR – Brazil**

**CNPJ: 78.380.987/0001-04**

**Fabricante:**

Manufacturer/Fabricante

**SISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.**

**Rua Omílio Monteiro Soares, 1614 – Vila Fanny**

**81030-001 – Curitiba – PR – Brazil**

**CNPJ: 78.380.987/0001-04**

**Normas Técnicas:**

Standards/Normas

**NBR IEC 60601-1:1194 + Amendment 1:1997 and**

**NBR IEC 60601-1-2:2006**

**Marca Concedida:**

Concession Mark/Marca Concedida



**Concessão:**

Concession/Concesión


**License to Use the Mark of the Brazilian System of Conformity Assessment in accordance with the requirements of Ordinance 086, April 2006 - INMETRO.**


**Under the Resolution of the National Agency for Sanitary Surveillance No. 32, 29th May of 2007.**

**Data de Emissão:**

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

**São Paulo, November 29, 2010.**

  
V. MARIANA  
Conferido por

  
**Regina Toscano**  
Superintendente Técnico  
Technical Superintendent / Superintendente Técnico

  
V. MARIANA  
Conferido por  
**Lester Amaral Junior**  
Coordenador de Certificação  
Certification Coordinator/Coordinador de Certificación